



**ТОВ «АБІФАРМ»**

03115, м. Київ вул. Святошинська, буд. 4

ЄДРПОУ 43236788

**LIMITED LIABILITY COMPANY "ABIFARM"**

4 Sviatosinska street, Kiev city, Kiev region, 03115

Fiscal Identification Code: 43236788


Tel: +38 098 711 40 33

E-mail: info@abifarm.com

www.abifarm.com

## Паспорт виробника

### Маски медичні захисні тришарові, для одноразового використання



Маски медичні захисні тришарові, для одноразового використання (маски медичні) відповідають вимогам ДСТУ EN 149:2017(EN 149:2001+A1:2009, IDT) та виготовляються за ТУ У 13.9-43236788-001:2020.

Найменування показника	Значення
Довжина петлі, мм	175
Еластичність петлі, Н	5,5
Габаритні розміри захисного полотна <sup>1)</sup> , мм:	175 × 90
Поверхнева щільність матеріалу:	
- нижній шар, г/м <sup>2</sup>	20-30
- верхній шар, г/м <sup>2</sup>	20-30
- середній шар (фільтруючий елемент MeltBlown), г/м <sup>2</sup>	20-30
Ефективність захисту від пилу, %, не менше	99,5
Ефективність фільтрації бактерій (BFE), %, не менше	92,0
Затримка вологи, Па, не менше	98,0

1) На замовлення дозволяється виробництво масок інших розмірів.

Сфера застосування та реалізації, за ТУ та СЄЄ:

оптово-роздрібна торгівля, аптечні мережі, побут, медичні та громадські заклади, виробництва, військові частини та державні установи, для захисту органів дихання дорослих та дітей.

Маски медичні складаються з захисного полотна що утворюється зовнішнім та внутрішнім шаром з матеріалу SpanBond (щільність 25-30 г/м<sup>2</sup>) та середнього шару – фільтруючого елемента – з матеріалу Meltblown (щільність 25-30 г/м<sup>2</sup>), та двох еластичних петель на вуха і фіксатором на

перенісся для утримання маски на обличчі людини. Скріплення частин маски між собою виконується шляхом ультразвукового зварювання.

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи (СЕЕ) №12.2-18-1/7665 від 10.04.2020 на відповідність виготовлення масок медичних по ДСТУ EN 149:2017(EN 149:2001+A1:2009, IDT).

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-2/8601 від 17.04.2020 на ТУ У 13.9-43236788-001:2020.

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/10438 від 08.05.2020 на відповідність виготовлення масок медичних за ТУ У 13.9-43236788-001:2020.



Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/9020 від 27.04.2020 на відповідність матеріалу Meltblown.

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/5400 від 7.03.2017 на відповідність матеріалу SpunBond.

Маска медична виробляється за усіма санітарними нормами, зокрема ДСН 3.3.6.042 та ДБН В.2.2-28, і згідно ДСТУ 7234 все обладнання має, дійсні, декларації про відповідність технічним регламентам.



Даний документ є доповненням до офіційних видаткових накладних від ТОВ «Абіфарм»